

Pytania i odpowiedzi z dnia 06.08.2019 r. dotyczące Zapytania ofertowego nr 43/2019/BioElectroCathode

Pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie potencjostatu zasilanego wyłącznie z sieci elektrycznej (bez baterii Li-Ion)? Badania przeprowadzane z użyciem potencjostatu są zazwyczaj długotrwałe i stosowanie zasilania bateryjnego w wielu przypadkach jest ryzykowne.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z jednostką sterującą w postaci laptopa zamiast wyświetlacza LCD? Większość pomiarów wymaga rejestracji w celach późniejszej analizy i wyświetlacz LCD wydaje się być zbędny, zwłaszcza, że na ekranie komputera wykresy mogą być wyświetlane na bieżąco.

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w baterię zgodną ze specyfikacją Zapytania ofertowego. Na obszarze prowadzenia działalności przez Zamawiającego dochodzi do częstych zaników napięcia a urządzenie wyposażone w baterię i zasilacz pozwoli na stabilne prowadzenie pomiarów i ich archiwizację.
- Ad. 2. Zamawiający wymaga, aby zestaw dostarczony przez Wykonawcę był kompletny i zdolny do podjęcia pracy. Brak wyświetlacza oznacza w mniemaniu Zamawiającego konieczność dostarczenia przez Wykonawcę jednostki sterującej (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem jako podzespołu niezbędnego do poprawnego działania potencjostatu.

Sporządziła:
Monika Stojan
08.08.2019 r.