

Pytania i odpowiedzi z dnia 07.08.2019 r. dotyczące Zapytania ofertowego nr 43/2019/BioElectroCathode

Pytania:

1. W punkcie i. jest napisane: „Bateria Li-Jon” - o jaką baterię chodzi?
Czy chodzi o to, że potencjostat ma badać baterie/ ogniwa Li-Jon?
Jeżeli tak, to czy potencjostat ma być dostarczony z uchwytem do badania baterii?
2. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy samego potencjostatu. Potencjostat (jako urządzenie) jest dostarczany sam (bez elektrod) wraz z kablami i oprogramowaniem na USB key.
Z opisu przedmiotu zamówienia nie wynika, aby miały być dostarczone jakiegokolwiek akcesoria dodatkowe takie jak: elektrody czy naczynko elektrochemiczne.
Jednakże w umowie w paragrafie 2 p-kt 4 jest napisane, że urządzenie ma być kompletne oraz gotowe do pracy.
Czy zdanie z umowy mam rozumieć:
- że musimy dostarczyć zestaw z elektrodami i naczynkiem?
- czy jako, że dostarczony zestaw potencjostatów 4- kanałowy po podłączeniu elektrod i naczynka Zamawiającego będzie gotowy do użycia?
3. Czy jest możliwe wydłużenie terminu dostawy z 40 na 54 dni robocze ze względu na okres urlopowy i zamknięte fabryki producenta w miesiącu sierpniu?

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Zamawiającemu chodzi o baterię podtrzymującą zasilanie potencjostatu na wypadek zaniku energii w sieci.
W związku z powyższym potencjostat ma być dostarczony bez uchwytu do badania baterii.
- Ad. 2. Elektrody oraz naczynko nie są częścią przedmiotu zamówienia.
Zamawiający będzie dysponował własnym zestawem elektrod. Wymogiem jest, aby po odbiorze/instalacji i pierwszym uruchomieniu potencjostatu oraz podłączeniu elektrod posiadanych przez Zamawiającego można było rozpocząć pomiary.
- Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy z uwagi na konieczność jak najszybszego rozpoczęcia badań w projekcie.

Sporządziła:
Monika Stojan
08.08.2019 r.