

Pytania i odpowiedzi z dnia 09.08.2019 r. dotyczące Zapytania ofertowego nr 43/2019/BioElectroCathode

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie potencjostatu bez wbudowanej baterii Li-Jon?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w baterię zgodną ze specyfikacją Zapytania ofertowego. Na obszarze prowadzenia działalności przez Zamawiającego dochodzi do częstych zaników napięcia a urządzenie wyposażone w baterię i zasilacz pozwoli na stabilne prowadzenie pomiarów i ich archiwizację.

Sporządziła:
Monika Stojan
12.08.2019 r.