

**Pytanie i odpowiedź z dnia 08.08.2019 r. dotyczące Zapytania ofertowego nr 43/2019/BioElectroCathode**

**Pytanie:**

Czy w związku z pytaniem i odpowiedzią dotyczącą zasilania bateryjnego Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie potencjostatu z zasilaczem awaryjnym UPS o odpowiednich parametrach pozwalających utrzymać pracę zestawu w przypadku braku zasilania z sieci ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie zasilacza awaryjnego UPS zamiast zintegrowanego zasilania bateryjnego. Wymagane jest wbudowane zasilanie bateryjne.

Sporządziła:  
Monika Stojan  
09.08.2019 r.