

## Pytania z dnia 12.03.2021r. i odpowiedzi dotyczące Zapytania ofertowego nr 15/2021/Biosens z dnia 09.03.2021

### Pytania :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej do max. 10 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej do max. 15 dni roboczych jeśli naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie punktu 2 z §6 wzoru umowy?
4. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną posiadającą wbudowaną lampę 30W?
5. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną posiadającą wbudowaną lampę światła o mocy mniejszej niż wymagana , ale zapewniającą dobrą intensywność światła?
6. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną posiadającą wymiary zewnętrzne komory: 1353x798x1220mm?
7. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną ważącą (bez stołu) 160 kg?
8. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną dostarczoną z podstawą pod komorę o wymiarach 1353x798x1220mm?

### Odpowiedzi:

1. Biorąc pod uwagę system realizacji badań w projekcie Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu wykonania naprawy gwarancyjnej do max. 10 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych.
2. Biorąc pod uwagę system realizacji badań w projekcie Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu wykonania naprawy gwarancyjnej do max. 15 dni roboczych jeśli naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie punktu 2 z §6 wzoru umowy.
4. Zamawiający dopuszcza komorę laminarną posiadającą wbudowane lampy:
  - a. UV o mocy min 2 x 30W.
  - b. światła o mocy min. 30 W.zgodnie z opisem w pkt. II Zapytania ofertowego.
5. Zamawiający dopuszcza komorę laminarną wyposażoną w oświetlenie o mocy nie niższej niż 30 W.
6. Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej posiadającej wymiary zewnętrzne komory: 1353x798x1220mm
7. Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej ważącej (bez stołu) 160 kg
8. Zamawiający dopuszcza dostarczenie podstawy pod komorę do pracy sterylnej o wymiarach opisanych w przedmiocie zapytania ofertowego.

Sporządziła:  
Monika Stojan