

Pytanie i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 48/2021/MISCOMAR+ na dostawę wyników analiz pierwiastkowych.

Pytania:

1. Czy wspomniane w zapytaniu próbki do badań zostaną dostarczone jednorazowo bądź też w inny sposób z określonym harmonogramem?
2. Czy wspomniane w pkt 1.2 zapytania "screening" może być wykonany techniką fluorescencji rentgenowskiej?
3. Czy zamawiający jest w stanie wy specyfikować kryteria oznaczenia jakościowego metodą ICP-OES?
4. Jaką formę ma przyjąć raport z oznaczenia jakościowego (tabela, wykres)?

Odpowiedzi:

- Ad.1. Zamawiający postara się dostarczyć próbki jednorazowo w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
- Ad.2. Screening musi być wykonany metodą ICP, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
- Ad.3. Oznaczenie jakościowe metodą ICP powinno być zgodne z normą/wytycznymi dotyczącymi pomiarów próbek stałych po mineralizacji.
- Ad.4. Zamawiający dopuszcza każdą formę, która będzie w sposób przejrzysty odzwierciedlała uzyskane wyniki analiz jakościowych.

Sporządziła:

Monika Stojan

25.10.2021 r.