

Konstantynów Łódzki, 07.09.2023 r.

### Pytania i odpowiedzi

dot. zapytania ofertowego nr 15/2023/WASTE4H2 z dnia 31.08.2023 r. dotyczącego dostawy wyników analiz pierwiastkowych

#### Pytania:

1. Jakie jest przybliżone zasolenie próbek do badań?
2. W ramach 15 próbek, w jakiej liczbie będą próbki ścieków i próbki stałe, po obróbce ww. ścieków?
3. Proszę o uszczegółowienie do punktu III 2.3. dotyczące "....10 głównych pierwiastków występujących w ww. materiałach". Jakie pierwiastki ma Zamawiający na myśli?

#### Odpowiedzi:

- Ad. 1. Zasolenie w przybliżeniu wynosi 150 g/dm<sup>3</sup>.
- Ad. 2. Zamawiający, na tym etapie prowadzonych badań, nie jest w stanie określić ilości próbek stałych i ciekłych. Należy założyć, że wszystkie próbki mogą być stałe lub ciekłe.
- Ad.3. Zgodnie z punktem III ust. 2 zapytania ofertowego Zamawiający wymaga wykonania analizy jakościowej lub "skanu" próbki celem ustalenia, które pierwiastki stanowią 10 podstawowych w składzie i na tej podstawie wykonania analizy ilościowej próbki.

Sporządziła:  
Monika Stojan