



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pytania i odpowiedzi

– zapytanie ofertowe nr 22/2023/SoundBerry z dnia 26.09.2023 r. dotyczące dostawy akcesoriów laboratoryjnych oraz materiałów ochronnych

Pytanie Oferenta:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie w kwestii pkt. 3 zapytania ofertowego - Końcówki do pipety.

Zgodnie ze specyfikacją producenta Corning HTL SA zamieszczoną na stronie:

<https://www.htl.pl/wp-content/uploads/2021/02/Koncowki-do-pipet-specyfikacja.pdf>

końcówki do pipet HTL o zakresie pojemności: 100 - 1000µl - pakowane są po 1000 KOŃCÓWEK/TORBA.

W Państwa zapytaniu pojawia się opakowanie jednostkowe: 500 szt. w ilości 5 szt, co jest niemożliwym do zaproponowania. Proszę więc o informację czy możemy przedstawić produkt kompatybilny lub czy dopuszczają Państwo zmianę ilości opakowań pojawiających się w Państwa specyfikacji dotyczącej przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w zapytaniu ofertowym w pkt. III wymaga, aby końcówki były kompatybilne z pipetą HTL Discovery Comfort stanowiącą wyposażenie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza inne opakowania jednostkowe niż wskazane w poz. 3 tabeli, np. po 250 sztuk. Łączna suma końcówek do pipety – 2 500 sztuk.

Sporządziła:

Monika Stojan

02.10.2023 r.