



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pytania i odpowiedzi

– zapytanie ofertowe nr 23/2023/SoundBerry z dnia 27.09.2023 r. dotyczące dostawy kolumny chromatograficznej wraz z przedkolumnami oraz akcesoriów do chromatografii

Pytanie Oferenta:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na fiołki wraz z pasującymi do nich zakrętkami z gwintem 9 mm zamiast 8-425? Zaproponowane fiołki są w tych samych wymiarach fiołki: objętość ok. 1,5 ml, średnica zewnętrzna maksymalnie 12mm, wysokość nie więcej niż 32mm oraz są kompatybilne z autosamplerem chromatografu cieczowego Infinity II 1290.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na Towar nie spełniający wymagań zapisanych w pkt. III ust.2 zapytania ofertowego.

Sporządziła:
Monika Stojan
28.09.2023 r.