

Pytanie z dnia 07.05.2018 dotyczące Zapytania ofertowego nr 6/2018/CoCOATEX

Pytanie:

Zwracam się z pytaniem o zakres temperatury badanej próbki, wyspecyfikowany w „Zapytaniu ofertowym nr 6/2018/CoCOATEX w punkcie: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”:

„c. Zakres temperatury badanych prób 5-50oC”

Czy dopuszczacie Państwo licznik cząstek, którego zakres temperatury badanych prób wynosi 5-40°C?
Wychodząc z założenia, że jest to pomiar w warunkach laboratoryjnych, a próbka jest transportowana do laboratorium, przygotowywana do pomiaru oraz umieszczana w pojemniku do poboru, uważamy, że proponowany zakres maksymalnej temperatury próbki (do 40°C) jest wystarczający. Potwierdzeniem na to jest szerokie oraz efektywne stosowanie proponowanego przez nas rozwiązania w laboratoriach przemysłowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wskazanej zmiany w ramach realizacji przedmiotowego zapytania ofertowego.

Sporządził:

Iwona Adamkiewicz

07.05.2018